



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M3656-223011	Oscilloskop MT		
2	1	M3656-223010	.Oscilloskop	Oscilloscope	TETRO-561A
	1	M3656-223109	..Beskrivning	Instruction Manual	
	1	M3656-223209	..Svensk beskrivning		
3	1	M1812-114010	..Nätkabel	Power Cord	TETRO-161-0010-00
Tillbehör:					
4	1	M3656-991199	.Grönfilter	Green filter	TETRO-378-534

DATA

Allmänt:	Oscilloskopet 561A är basenhet för både vertikalavlänkning- och horisontalavläknings-tillsatser enligt separat bildblad.
Vertikalavlänkning: Förstärkaringång:	Egenskaperna beror på valet av förstärkare.
Horisontalavlänkning: Förstärkaringång:	Egenskaperna beror på val av förstärkare.
Amplitudkalibrator: Frekvens: Utspänning:	50 Hz (nätfrekvens) fyrkantvåg: 5 μ s stigtid. 0,2 mV...10 V (t-t) i 18 kalibrerade steg, samt 0,1 V över över 50 ohm.
Katodstrålerör:	Accelerationsspänning: 3,5 kV. Skärm 80 x 100 mm. Intensitetsmodulering: Anslutning på baksidan av oscilloskopet.
Strömförsörjning:	110/117/124/220/234/248 V \pm 10 %, 50 Hz, 240 W.
Dimensioner:	245 x 360 x 530 mm.
Vikt:	13,8 kg.