



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3656-991819	Högspänmätkropp MT	Probe Package	TETRO-010-0172-00
2	1	M3656-990839	.Högspänmätkropp	Probe P6015	TETRO-010-0131-00
	1	M3656-990849	..Beskrivning	Instruction Manual	TETRO-070-0373-01 (00 eller 02)
Tillbehör:					
3	1	M3656-991829	.Mätkabel		TETRO-015-0049-00
4	1	M3656-990869	.Spets rak		TETRO-206-0116-00
5	1	M3656-990229	.Krokodilklämma		TETRO-334-0005-00
6	1	M3656-990879	.Mätkroppshållare		TETRO-352-0056-00
7	1	M3656-990899	.Luftavfuktare		TETRO-256-0570-00
8	1	M3656-990889	.Förvaringslåda		TETRO-202-0139-00 + 436-0035-00
Förbrukningsdetaljer:					
9	1	M3656-990909	.Oljeförpackning		TETRO-252-0120-00

DATA

Allmänt:

Högspänningsmätkroppen är avsedd att användas tillsammans med oscilloskop av fabrikat Tektronix med inkapacitans 12...50 pF.

Dämpning:

x1000

Inresistans:

100 Mohm.

Inkapacitans:

2,7 pF.

Stigtid:

4 ns.

Inspänning:

Max 40 kV vs topp eller puls. 20 kV ls eller vs eff.
Topp till topp spänningsminskning är nödvändig vid bärfrekvenser över 100 kHz.
Vid 10 MHz är max topp till topp spänning 13 kV.

Dimensioner:

Kabellängd 10 fot.

Vikt:

3 kg.