



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
		M3656-990689	Oscilloskoptillsats	Time Base Unit	TETRO-2B67
		M3656-990819	.Beskrivning	Instruction Manual	
		M3656-991229	.Svensk beskrivning		

DATA

Allmänt:

Oscilloskoptillsatsen är en tidavläkningsenhet avsedd för oscilloskop av Tektronix fabrikat ur 560-serien. Tillsatsen har direktingång till horisontalförstärkaren.

Tidaxelgenerator:

Sveptid:

1 μ s...5 s/ruta i 21 kalibrerade steg. (± 3 %).
Kontinuerligt variabel 1 μ s/ruta...12 s/ruta (okalibrerad).

Svepförstoring:

Utsläckning:

x5 (± 5 %).
Ls-kopplad.

Triggersystem:

Triggerkälla:

Arbetsläge:

Inre, yttre eller nät.
Vs, ls eller automatiskt (50 Hz...2 MHz).
Engångssvep med manuell återställning.

Erforderlig amplitud:

Inre: 4 mm:s avläkning.
Yttre: 0,5 V...2 V.

Horisontalavläkning:

Förstärkaringång:

Avläkningsfaktor:

Ls...750 kHz.
Cirka 1 V/ruta.

Strömförsörjning:

Dimensioner:

Vikt:

Från oscilloskopet.
102 x 150 x 327 mm. Passar direkt i uttag på oscilloskopets panel.
2 kg.